



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВИБРОБИТ»
(ООО НПП «ВИБРОБИТ»)

344092, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, д. 8, корп. А, (для корреспонденции а/я 53)
тел./факс +7 863 218-24-75, +7 863 218-24-78. E-mail: info@vibrobit.ru. http://www.vibrobit.ru
ИНН 6163009297, КПП 616101001, ОГРН 1026103173975, ОКПО 27172678

исх. № 2403 от 07.10.2021 г.

Руководителям организаций

О взаимозаменяемости комплектов ДВТ40/ИП42 -
ДВТ43/ИП43 и ДВТ40/К21 — ДВТ43/К21 между собой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что в составе Аппаратуры «Вибробит 100» производства ООО НПП «Вибробит» датчик вихретоковый (индуктивный) ДВТ43, применяемый в комплекте с преобразователем измерительным ИП43 ВШПА.421412.1811 (компаратором К21 ВШПА.421412.089), является исполнением датчика вихретокового (индуктивного) ДВТ40, применяемого в комплекте с преобразователем измерительным ИП42 ВШПА.421412.181 (компаратором К21 ВШПА.421412.089) с полностью идентичными техническими характеристиками, но улучшенными характеристиками по надежности и помехозащищенности.

Рекомендуется взамен комплекта ДВТ40/ИП42 (ДВТ40/К21) в новых разработках и для ремонта существующего оборудования использовать комплект ДВТ43/ИП43 (ДВТ43/К21). Комплекты полностью взаимозаменяемы по техническим характеристикам, габаритным и установочным размерам, изготавливаются по одним техническим условиям – ТУ 4277-001-27172678-12, имеют общее свидетельство об утверждении типа средств измерений в составе Аппаратуры «Вибробит 100».

Соответствие исполнений датчиков ДВТ40 и ДВТ43 приведено в таблице.

Исполнение датчика ДВТ40		Аналог – датчик ДВТ43	
Тип	Обозначение	Тип	Обозначение
ДВТ40.10	ВШПА.421412.155	ДВТ43.20	ВШПА.421412.1551
ДВТ40.20	ВШПА.421412.155-01	ДВТ43.20	ВШПА.421412.1551
ДВТ40.30	ВШПА.421412.155-02	ДВТ43.30	ВШПА.421412.1551-10
ДВТ40.40	ВШПА.421412.155-03	ДВТ43.40	ВШПА.421412.1551-20
ДВТ40.50	ВШПА.421412.155-15	ДВТ43.50	ВШПА.421412.1551-30

С уважением,

Директор ООО НПП «Вибробит»

Добряков А.Г.

Исполнитель:
начальник ОТПит Александров А.Л.
тел./факс (863) 292-65-34
#120484, #137770